

Einfache und schnelle Funktionsprüfung!



Prüfmesskolben BLAUBRAND® für Dispenser

F I R S T C L A S S · B R A N D

Der BRAND Prüfmesskolben mit 3 Marken zeigt sofort, ob Ihr Flaschenaufsatz-Dispenser störungsfrei funktioniert.

- Klasse A, DAkkS-kalibriert, mit Zertifikat
- Einfache und schnelle Anwendung
- Universell für gängige Flaschenaufsatz-Dispenser
- Für Dispenser von 10 ml bis 100 ml lieferbar




3 Marken schaffen sofort Klarheit!

Eine Funktionsstörung zum Beispiel durch ein verklebtes Ventil kann bei Flaschenaufsatz-Dispensern zu erheblichen Abweichungen bei der Volumenabgabe und damit zu falschen Ergebnissen führen. Mit dem Prüfmesskolben von BRAND mit 3 Marken können Sie nun einen schnellen Funktionstest Ihres Flaschenaufsatz-Dispensers durchführen.

Die Marke in der Mitte zeigt das Nennvolumen; die unteren und oberen Marken zeigen die spezifizierten Fehlergrenzen (FG = R + 2 VK für $R \leq \pm 0,5 \%$ und $VK < 0,1\%$). **Liegt der Meniskus des abgegebenen Nennvolumens zwischen der oberen und unteren Marke, arbeitet der Dispenser korrekt.**

Liegt das abgegebene Volumen außerhalb der Fehlergrenze, empfehlen wir das Gerät sorgfältig zu reinigen, oder, falls erforderlich, mit Hilfe der Gebrauchsanleitung die Fehlerursache zu suchen. Anschließend führen Sie eine gravimetrische Volumenprüfung nach Herstellerangabe durch. Falls auch die gravimetrische Volumenprüfung außerhalb der Fehlergrenze liegt, kontaktieren Sie bitte den Hersteller. Möglicherweise muss der Dispenser zur Reparatur eingesandt werden.

DAkKS-Prüfmesskolben



Hinweis:

Diese Funktionsprüfung ersetzt nicht die gravimetrische Prüfung im Rahmen der Prüfmittelüberwachung nach DIN EN ISO 8655!



Technische Daten

Messkolben mit 3 Marken, DAkKS-kalibriert

BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M gekennzeichnet

Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf 'In'. Inkl. DAkKS-Kalibrierschein. Verpackungseinheit 1 Stück. **Liefertermin nach Vereinbarung.**

Volumen ml	Obere/untere Marke ± ml	Hals l.-Ø mm	Schliff	mit PP-Stopfen Best.-Nr.
10	0,070	7 ± 1	NS 10/19*	382 04
25	0,175	9 ± 1	NS 10/19	382 06
50	0,35	11 ± 1	NS 12/21	382 08
100	0,70	13 ± 1	NS 14/23	382 10

* Schliffansatz aufgeweitet

Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Weitere Informationen zu BLAUBRAND® Volumenmessgeräten finden Sie unter www.brand.de!

BLAUBRAND® und BRAND® sind eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Andere wiedergegebene Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Wir wollen unsere Kunden durch unsere technischen Schriften informieren und beraten. Die Übertragbarkeit von allgemeinen Erfahrungswerten und Ergebnissen unter Testbedingungen auf den konkreten Anwendungsfall hängt jedoch von vielfältigen Faktoren ab, die sich unserem Einfluss entziehen. Wir bitten deshalb um Verständnis, dass aus unserer Beratung keine Ansprüche abgeleitet werden können. Die Übertragbarkeit ist daher im Einzelfall von Ihnen selbst sehr sorgfältig zu überprüfen.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

BRAND GMBH + CO KG · Postfach 11 55 · 97861 Wertheim · Germany
Tel.: +49 9342 808-0 · Fax: +49 9342 808-98000 · E-Mail: info@brand.de · Internet: www.brand.de

